Goldmann-Weekers

1. Pigmentbleichung			
1.1	Dauer		Nur lang
1.2	Gebleichtes Pigment	Stäbchen	≤ 64%
		Zapfen	≤ 67%
1.3	Feldgröße		Ganzfeld
1.4	Spektrum (Farbtemperatur)		2900 K
2. Reizdarbietung			
2.1	Positionierung des Patienten		Kinnstütze
2.2	Fixationslicht		Ja
2.3	Netzhautposition des Reizes		Frei einstellbar
2.4	Größe		5°, 11°, Ganzfeld
2.5	Farbe		Nur weiß, kein Filterhalter
2.6	Erforderlicher Intensitätsbereich		Erfüllt
2.7	Auflösung des Intensitätsbereichs		Nur durch Ablesege-nauigkeit begrenzt
2.8	Zeitliches Profil		Sinus
2.9	Dauer		Fix
2.10	Reaktionsfenster		Nein
2.11	Verfahren zur Schwellenbestimmung		Nur manuell, keine Abstufung
2.12	Häufigkeit d. Schwellenbestimmung		Beliebig
2.13	Darbietungsfrequenz		1 s-1 oder beliebig
2.14	Untersuchungsdauer		Beliebig
3. Auswertung			
3.1	Helligkeitsangabe		Umrechnung erforderlich
3.2	Darstellung während der Messung		Primärdaten mit Stechregistrierung
3.3	Abschlussdarstellung		Wie 3.2
3.4	Weitergehende Auswertung		Nein

Goldmann-Weekers Adaptometer (Fa. Haag- Streit AG, Köniz, Schweiz; Jayle et al., 1959)

zur Liste der Dunkeladaptometer
zur Hauptseite Dunkeladaptometrie
zur Startseite

From:
https://qss.dog.org/ - **DOG QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php/da_ger_goldmannweekers

Last update: **2025-08-05 23:59**