

Block Optic Binophor

Hersteller/ Vertrieb	Block Optic
Teil 5 v. DIN 58220	Ja für G25, G26, G37
Teil 6 v. DIN 58220	Ja
Sonst. Sehzeichen	Nein
Stufen	0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0
Farbtests	17 Ishihara Tafeln
Phorietest	horizontal, vertikal
Stereotest	Stereotest: 800,,, 600“, 400,,, 200“, 100,,, 50“; Random Dot: 800,,, 400“, 200,,, 100“, 50,,
Bedienung	Externes Bedientablet
Besonderheiten	Prüfentfernungen: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlich stufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV-Schnittstelle

Sehtestgeräte

From:

<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/sp_ger_block_optic_binophor?rev=1699059359

Last update: **2023-11-04 01:55**

