

Block Optic Binophor

Hersteller/ Vertrieb	[GER_TAB_BlockOptic[Block Optic]]
Teil 5 v. DIN 58220	Ja für G25, G26, G37	
Teil 6 v. DIN 58220	Ja	
Sonst. Sehzeichen	Nein	
Stufen	0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0	
Farbtests	17 Ishihara Tafeln	
Phorietest	horizontal, vertikal	
Stereotest	Stereotest: 800", 600", 400", 200", 100", 50"	
	Random Dot: 800", 400", 200", 100", 50"	
Bedienung	Externes Bedientablet	
Besonderheiten	Prüfentfernungen: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlichstufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV Schnittstelle	

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)
[zur Hauptseite Sehschärfepfung](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/sp_ger_block_optic_binophor?rev=1699344507

Last update: **2023-11-07 09:08**

