

Topcon Sehprüfgerät SS - 3

Hersteller/Vertrieb	Topcon Europe Medical B.V., German Branch
Teil 5 v. DIN 58220	G 26, G 27 nicht möglich
Teil 6 v. DIN 58220	Visusprüfung möglich
Sonst. Sehzeichen	Nein
Stufungen	0,32; 0,7; 1,0; sonst linear
Sonst. Sehzeichen	E- Haken oder Landoltringe einzeln, Astigmatismus- Test
Farbtests	Nein
Phorietest	Vertikal und horizontal
Stereotest	Qualitativ
Bedienung	Handbedienung per Schalter
Besonderheiten	Probiergläser vorsteckbar

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - DOG QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/sp_ger_topconsehpruefgeraetss3?rev=1699362468

Last update: **2023-11-07 14:07**

