

Bach Freiburger Visustest

| | |
|---------------------|---|
| Hersteller | Prof. Dr. M. Bach, Universitäts-Augenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 76109 Freiburg |
| Vertrieb | frei verfügbar unter: www.michaelbach.de/fract/ |
| Teil 3 v. DIN 58220 | Automatische Visusprüfung mit Landolttringen in 8 Orientierungen mit einem nach DIN 58220 angeschlossenen Testverfahren (Ophthalmologe 92 (1995) 174-178) |
| Sonst. Sehzeichen | E-Haken; Nonius- und Kontrastsehschärfe prüfbar; Gesichtserkennung |
| Stufungen | Logarithmische Abstufung, von 0,06 bis 3,6 auf 5 Meter |
| Refraktionstests | Nein |
| Phorietest | Nein |
| Stereotest | Nein |
| Bedienung | Sehzeichendarbietung auf Monitor, Steuerung über PC, automatischer Testablauf nach dem best-PEST-Verfahren, Fernbedienung per Tastatur |
| Besonderheiten | Objektives Testverfahren, besonders geeignet zur Verlaufskontrolle nach Therapieverfahren |

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)

[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - DOG QSS



Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/sp_tab_bachfreiburgervisustest?rev=1699365496

Last update: **2023-11-07 14:58**