

## Bach FrACT - Freiburger Visual Acuity & Contrast Test

<b>Hersteller</b>	<b>Prof. Dr. M. Bach, Universitäts-Augenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 79106 Freiburg</b>
Vertrieb	frei verfügbar unter: <a href="http://www.michaelbach.de/fract/">www.michaelbach.de/fract/</a>
Teil 3 v. DIN 58220	Automatische Visusprüfung mit Landoltringen in 8 Orientierungen mit einem nach DIN 58220 angeschlossenen Testverfahren (Ophthalmologe 92 (1995) 174-178)
Sonst. Sehzeichen	E-Haken; Nonius- und Kontrastsehschärfe prüfbar; Gesichtserkennung
Stufungen	Logarithmische Abstufung, von 0,06 bis 3,6 auf 5 Meter
Refraktionstests	Ja
Phorietest	Nein
Stereotest	Nein
Bedienung	Sehzeichendarbietung auf Monitor, Steuerung über PC, automatischer Testablauf nach dem best-PEST-Verfahren, Fernbedienung per Tastatur
Besonderheiten	Objektives Testverfahren, besonders geeignet zur Verlaufskontrolle nach Therapieverfahren
	<b>Der Test hat kein CE-Zertifikat. Die Verantwortung für die korrekte Kalibration der Zeichengröße und Anwendung liegt beim Prüfer bzw. begutachtenden Arzt.</b>

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)

[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - DOG QSS



Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php/sp\\_tab\\_bachfreiburgvisustest?rev=1755852974](https://qss.dog.org/doku.php/sp_tab_bachfreiburgvisustest?rev=1755852974)

Last update: **2025-08-22 10:56**