

Oculus Sehzeichenprojektor Nidek CP 670 DIN/ISO

Hersteller/Vertrieb	OCULUS Optikgeräte GmbH
Teil 3 v. DIN 58220	Visusprüfung mit Landoltringen möglich (Sehtestscheibe DIN-Type)
Sonst. Sehzeichen	Zahlen, E-Haken, Kinderbilder
Stufungen	Logarithmische Abstufungen
Refraktionstests	Strahlenfigur, Kreuzzyl.-, Rot- Grün-, Bichrom- Balance-Test polar. Doppelfeld-Test
Phorietest	Schober-, Haken-, Worth-, Kreuz-Test
Stereotest	Stereo-Strich- Test mit 1´ bis 10´ Querdissparation
Bedienung	Infrarot-Fernbedienung oder vom Bedienpult des automatischen Phoropters RT 2100
Besonderheiten	Ausblendung: einzeln, spalten- oder zeilenweise, Rot- Grün-Filter zuschaltbar, automatische Abschaltung, nach DIN 58220 angeschlossene E-Haken, ISO 8596 erfüllt

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)
[zur Hauptseite Sehschärfepfung](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/sp_tab_oculussehzeichenprojektornidekcp670din-iso

Last update: **2025-08-31 21:32**

