Rodenstock Sehzeichenmonitor CompuVist

Hersteller/Vertrieb	Rodenstock Instrumente GmbH
Teil 3 v. DIN 58220	Visusprüfung mit Landoltringen und angeschlossenen Buchstaben
Sonst. Sehzeichen	Zahlen, E-Haken, Kindersehzeichen (modifizierter COLT-Test) mit Crowding-Test
Stufungen	Logarithmische Abstufung von 0,04 bis 2,0
Refraktionstests	Rot- Grün-, Astigmatismus-Tests, Strahlenfigur, Dreistrichprobe, Sehgleichgewichts-Test, polar. Fixationsdisparations-Tests (Kreuz, Zeiger, Haken, Dreieck)
Phorietest	Schober-, Koinzidenz-, Worth-, Kreuz-Test
Stereotest	Differenzierte Stereotests bis 30", Random- Dot-Test
Bedienung	Fernbedienung per PC
Besonderheiten	Binokulare Trennung mit LC-Brille, Kontrastsehprüfungen, Darbietungszeiten von 1 - 10 s einstellbar, zufallsgesteuerte Einzeldarbietung, Verknüpfung mit Phoropter, V24-Schnittstelle

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

zur Liste der Sehzeichenprojektoren zur Hauptseite Sehschärfeprüfung zur Startseite

From:

https://qss.dog.org/ - DOG QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/sp_tab_rodenstocksehzeichenmonitorcompuvist

Last update: 2025-08-31 21:34

