

| | |
|---|--|
| tpm-EMS Elektrophysiologisches Modularsystem | |
| Hersteller | taberna pro medicum |
| Vertrieb | taberna pro medicum, Im Dorf 15a, 21335 Lüneburg |
| Tel.: 04131 401555, Fax: 04131 401755 | |
| eMail: info@tpm-online.de , Web: www(tpm-online.de | |
| System | 1-kanaliger AC-Verstärker, optional auf 2 Kanäle aufrüstbar, PC Monitor als Stimulator, Messwerterfassung/ Speicherung/ Darstellung auf IBM-kompatiblen PC, alle Untersuchungsgabläufe softwaregesteuert, eigene Ableitparameter können definiert und gespeichert werden, durch externe Triggerung an bestehende Reizeinheit adaptierbar |
| Auswertung | Vollautomatisch auf der Basis einer erarbeiteten Normkurve mit der Option der manuellen Nachbearbeitung |
| Schnittstellen | Ausgabe aller Daten (Patientendaten/ Messergebnisse/ Ableitparameter) in Datei (Massenspeicher) und auf beliebigem PC-Drucker |
| ERG | LED-Brille, Miniganzfeld, Ganzfeldstimulator mit Hintergrundbeleuchtung, Koijmann-, DTL-Faden-Elektrode sowie weitere Elektroden nach Anpassung |
| EOG | Ganzfeldkugel |
| Muster-ERG | S/W Monitor |
| VEP | S/W Monitor |
| ISCEV Standard | ERG (nur mit Ganzfeld), EOG, Muster-ERG, VEP |

From:

<https://qss.dog.org/> - **DOG QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php/taberna_tpm-ems?rev=1754329646

Last update: **2025-08-04 19:47**

