Block Optic Binophor

Hersteller/ Vertrieb Teil 5 v. DIN 58220 Teil 6 v. DIN 58220 Sonst. Sehzeichen Stufen Farbtests Phorietest Stereotest Bedienung Besonderheiten Block Optic, Semerteichstr. 60, 44141 Dortmund, Tel.: 0231/1087785-0, Fax: 0231/1763065 Ja für G25, G26, G37 Ja Nein 0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0 17 Ishihara Tafeln horizontal, vertikal Stereotest: 800„, 600“, 400„, 200“, 100„, 50“ Random Dot: 800„, 400“, 200„, 100“, 50„ Externes Bedientablet Prüfentfernungen: 33cm, 40cm, 57cm, 1m, unendlichstufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV Schnittstelle Sehschärfeprüfung

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=block_optic_binophor&rev=1492859935

Last update: **2021/11/23 12:48**