

## Block Optic Binophor

Hersteller/ Vertrieb Teil 5 v. DIN 58220 Teil 6 v. DIN 58220 Sonst. Sehzeichen Stufen Farbttests Phorietest Stereotest Bedienung Besonderheiten Block Optic, Semerteichstr. 60, 44141 Dortmund, Tel.: 0231/1087785-0, Fax: 0231/1763065 Ja für G25, G26, G37 Ja Nein 0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0 17 Ishihara Tafeln horizontal, vertikal Stereotest: 800,,, 600“, 400,,, 200“, 100,,, 50“ Random Dot: 800,,, 400“, 200,,, 100“, 50,, Externes Bedientablet Prüferentfernungen: 33cm, 40cm, 57cm, 1m, unendlichstufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV Schnittstelle

### Sehschärfeprüfung

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=block\\_optic\\_binophor&rev=1492860111](https://qss.dog.org/doku.php?id=block_optic_binophor&rev=1492860111)

Last update: **2021/11/23 12:48**

