Block Optic Binophor

Hersteller/ Vertrieb	Block Optic
Teil 5 v. DIN 58220	Ja für G25, G26, G37
Teil 6 v. DIN 58220	Ja
Sonst. Sehzeichen	Nein
Stufen	0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0
Farbtests	17 Ishihara Tafeln
Phorietest	horizontal, vertikal
Stereotest	Stereotest: 800„, 600“, 400„, 200“, 100„, 50“; Random Dot: 800„, 400“, 200„, 100“, 50„
Bedienung	Externes Bedientablet
Besonderheiten	Prüfentfernungen: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlichstufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV-Schnittstelle

Sehtestgeräte

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=block_optic_binophor&rev=1620918788

Last update: **2021/05/13 15:13**