

BRAVO oder VIKING Select

| <i>Bravo oder Viking Select</i> | |
|--|---|
| Hersteller | Nicolet |
| Vertrieb | VIASYS Healthcare GmbH, Leibnizstr. 7, 97204 Hoechberg |
| T.: 0931 4972-0, F.: 0931 4972-46 | |
| System | 2- oder 4-kanaliger AC-Verstärker mit Impedanzmessung, PC-System mit Windows-Oberfläche, Onlinemonitoring am Bildschirm, Messwerterfassung, Darstellung und Speicherung auf PC, Untersuchungsgabläufe softwaregesteuert |
| Auswertung | Automatisch und manuell |
| Schnittstellen | Ausgabe aller Daten (Patientendaten/ Messergebnisse) in datei (Massenspeicher) und auf beliebigen PC-Drucker |
| ERG | Ganzfeldstimulator, Goldfolien-, DTL-Elektroden |
| EOG | Ganzfeldkugel |
| Muster-ERG | Patternmonitor 17" |
| VEP | Patternmonitor 17", 2-kanalige Ableitung, auf 4 Kanäle erweiterbar |
| ISCEV Standard | ERG, EOG, Muster-ERG, VEP |

From:

<https://qss.dog.org/> - **QSS**

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=bravo_select&rev=1754314837Last update: **2025/08/04 13:40**