

**BRAVO oder VIKING Select**

<b>Hersteller</b>	Nicolet
<b>Vertrieb</b>	VIASYS Healthcare GmbH, Leibnizstr. 7, 97204 Hoechberg
T.: 0931 4972-0, F.: 0931 4972-46	
System	2- oder 4-kanaliger AC-Verstärker mit Impedanzmessung, PC-System mit Windows-Oberfläche, Onlinemonitoring am Bildschirm, Messwerterfassung, Darstellung und Speicherung auf PC, Untersuchungsabläufe softwaregesteuert
Auswertung	Automatisch und manuell
Schnittstellen	Ausgabe aller Daten (Patientendaten/ Messergebnisse) in datei (Massenspeicher) und auf beliebigen PC-Drucker
ERG	Ganzfeldstimulator, Goldfolien-, DTL-Elektroden
EOG	Ganzfeldkugel
Muster-ERG	Patternmonitor 17"
VEP	Patternmonitor 17", 2-kanalige Ableitung, auf 4 Kanäle erweiterbar
ISCEV Standard	ERG, EOG, Muster-ERG, VEP

From:

<https://qss.dog.org/> - **QSS**

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=bravo\\_select&rev=1754332661](https://qss.dog.org/doku.php?id=bravo_select&rev=1754332661)Last update: **2025/08/04 18:37**