*2.8.2. Dicon- Perimeter*

| **Gerät** | **Name/ Hersteller** | **Dicon Perimeter/ Vismed Inc. Dicon** |
|---|---|---|
| | Typ | LD 400 |
| **Umfeld** | Abstand/ Form | 33 cm/ flach, |
| | Farbe/ Leuchtdichte | weiß/ 10 cd/m² |
| **Stimulus** | System/ Maskierung | LED Retroprojektion/ ja |
| | Größe | Goldmann IV |
| | Farbe | grün (570 nm) |
| | Leuchtdichtebereich | 0,025 bis 3183 cd/ m² |
| | Kontrastbereich (Norm) | 0,025 bis 318 (0,1) |
| | LUE-Bereich (Norm) | +26 dB bis -25 dB (+10 dB) |
| | Nutzbare dynamische Breite | 35 dB |
| | Dauer | 250 ms |
| **Punktraster** | Gradbereich | 0° - 60° |
| | max. Punktzahl | > 10.000 (kinetische Fixation) |
| | max. Dichte 0-10/10-20/20-30° | 1° |
| **Strategie** | Überschwellig/ Niveaus | 5 dB/ keine Quantifizierung oder Schwelle |
| | Schwellenmessung | 6 dB/ 3 dB, Retest bei Abweichung |
| **Kontrollen** | Fixation visuell | Keine |
| | Fixation automatisch | Stimuli im blinden Fleck (Heijl-Krakau) |
| | Fangfragen | Falsch positiv, falsch negativ |
| **Daten** | Speicher | auf 3,5“ Diskette, Übertragen auf Festplatte (>500 MB) |
| | Druckertyp/ Format | Inkjet, Proprinter, Laserdrucker/ DIN A4 |
| | Auswertungsprogramme | Fieldview Omega (extern) |
| **Bedienung** | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | 2- Knopf- Bedienung am Perimeter, Patientendateneingabe am PC/ akustische Patientenführung (deutsch u. andere Sprachen)/ Ausgabe am PC oder Perimeter |
| | Kopfpositionierung | Stirnstütze (rechtes/ linkes Auge), keine Verstellung. Positionierung durch Erkennen von 4 LED' s verifiziert |

**zur Liste der statischen Perimeter**
**zur Hauptseite Automatische statische Perimetrie**
**zur Startseite**

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
**https://qss.dog.org/doku.php?id=ger_tab_diconperimeter&rev=1699450843**

Last update: **2023/11/08 13:40**