*2.8.15. Easyfield®*

| **Gerät** | **Name/ Hersteller** | **Easyfield® / OCULUS Optikgeräte GmbH, Deutschland** |
|---|---|---|
| Typ | Easyfield® C/S | |
| **Umfeld** | Abstand/ Form | 30 cm / Halbkugel mit sphärischer Linse von +3,0 Dioptrien |
| | Farbe/ Leuchtdichte | Weiß / 10 cd/m² |
| **Stimulus** | System/ Maskierung | Leuchtdioden / ja |
| | Größe | Goldmann III |
| | Farbe | Weiß |
| | Leuchtdichtebereich | 0,1 - 318 cd/m² |
| | Kontrastbereich (Norm) | 0,01 – 31,8 (0,2) - stufenlos |
| | LUE- Bereich (Norm) | +20 dB bis -25 dB (+7 dB) |
| | Nutzbare dynamische Breite | 45 dB |
| | Dauer | 200 ms oder benutzerdefiniert |
| **Punktraster** | Gradbereich | 0° - 30° |
| | Max. Punktzahl | 135 |
| **Strategie** | Überschwellig/ Niveaus | 6 dB / 2 Niveaus, 3 Niveaus, quantitativ 2 dB |
| | Schwellenmessung traditionell | 4 dB/ 2 dB, optional Retest |
| | Schnelle Schwellenmessung | CLIP (kontinuierlich), SPARC (Glaukom-optimiert), Schnelle Schwelle (Schrittgröße und Anfangswert variabel) |
| **Kontrollen** | Fixation visuell | CCD-Kamera |
| | Fixation automatisch | Schwacher zentraler Stimulus angepaßt an zentrale Schwelle oder Stimuli im blinden Fleck (Heijl- Krakau) |
| | Fangfragen | Falsch positiv / falsch negativ |
| **Daten** | Speicher | ‚Auf Festplatte / auf Netzwerkserver |
| | Druckertyp/ Format | Laserdrucker / DIN A4 |
| | Auswertungsprogramme | Statistik, Indizes, Bebié- Kurve, Glaucoma Staging Program, Threshold Noiseless Trend, PeriData (extern) |
| **Bedienung** | Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion | PC- Tastatur, Monitor / Windows- Oberfläche, native Netzwerkfähigkeit, integrierbar in Praxis-EDV-Systeme |
| | Kopfpositionierung | In der Höhe verstellbare Kinnstütze, Neigung des Messkopfs verstellbar Zur Geräteliste |

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
**https://qss.dog.org/doku.php?id=ger_tab_easyfieldperimeter&rev=1699440073**

Last update: **2023/11/08 10:41**