2.8.12. TEC cc ^*Gerät* ^*Name/ Hersteller* ^*Tübinger- Electronic- Campimeter/ Oculus, Deutschland* ^ |*Typ* |*TEC cc* | | |***Umfeld*** |*Abstand/ Form* |*30 cm/ Flachbildschirm* | | |*Farbe/ Leuchtdichte* |*Weiß/ 10 cd/m²* | |***Stimulus*** |*System/ Maskierung* |*Monitor/ ja* | | |*Größe* |*Goldmann I und III* | | |*Farbe* |*Weiß* | | |*Leuchtdichtebereich* |*0,1 bis 330 cd/ m²* | | |*Kontrastbereich (Norm)* |*0,01 bis 33 (0,1)* | | |*LUE-Bereich (Norm)* |*+20 dB bis -15 dB (+10 dB)* | | |*Nutzbare dynamische Breite* |*25 dB* | | |*Dauer* |*200, 500, 800 ms* | |***Punktraster*** |*Gradbereich* |*0° - 30°, mit Fixationsversatz - 60°* | | |*max. Punktzahl* |*Beliebig vorwählbar* | | |*max. Dichte 0-10/ 10-20/ 20-30°*|*1°/ 1°/ 1°* | |***Strategie*** |*Überschwellig/ Niveaus* |*ca. 5 dB/ 6 Niveaus* | | |*Schwellenmessung* |*4 dB/ 2 dB* | |***Kontrollen*** |*Fixation visuell* |*CCD-Digital- Standard* | | |*Fixation automatisch* |*alle Fixationsbilder, die zum Ergebnis geführt haben, sind gespeichert und können nach der Untersuchung abgerufen werden*| | |*Fangfragen* |*Falsch positiv (absolut)* | |***Daten*** |*Speicher* |*PC zur Steuerung der Untersuchung und Abspeicherung der Patientendaten* | | | | | |*Druckertyp/ Format* |*Matrixdrucker Standard DIN A4* | |*Laserdrucker optional*| | | | |*Auswertungsprogramme* |*Standard mit Vergleichsprogramm (alte/ neue Untersuchung)* | |***Bedienung*** |*Eingabe/ Ausgabe/ Interaktion* |*PC- Tastatur* | | |*Kopfpositionierung* |*Über mechanische Kinn- und Stirnstütze* | *Zur Geräteliste*

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=ger_tab_teccc&rev=1699439998

Last update: **2023/11/08 10:39**