Goldmann-Perimeter

Gerät	**Hersteller/ Vertrieb Straße PLZ/ Ort Land Tel. Fax**	**Haag-Streit AG Gartenstadtstrasse 10 3098 Wedel Schweiz**
Umfeld/ Hintergrund	Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n)	30 cm Halbkugel 10 cd/m² Weiß (Normalglühlampe)
Reizmarke	Darbietung Mechanik Bewegung mittels Pos.-Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE-Bereich Leuchtdichte-Abstufung	Projektion Drehspiegel über Storchschnabel-Gestänge Manuell Untersucherbegrenzt 90° Goldmann I – V (entspr. 6,5’ bis 104’) Weiß, optional Farben 3,2 bis 318 cd/m² (min./max.) 0,32 bis 31,8, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m² +15 bis -5 dB 5 bzw. 1 dB, je nach Ausrüstung
Kontrollen	Fixation visuell Fixation automatisch	Durch Beobachtertubus Nein
Kopfpositionierung	Zentrierung Abstand	Über Stellschraube Über Stellschraube
Ergebnis/Daten	Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung	Manuell Nein Nein
Bemerkungen	Zubehör	Fixiermarkenprojektor zur Untersuchung von Zentralskotomen Registrierplatte für statische Profilperimetrie

zur Geräteliste]
Tabellen

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=kp_ger_goldmann&rev=1696448653

Last update: **2023/10/04 19:44**