Goldmann-Perimeter

Gerät	**Hersteller/ Vertrieb Straße PLZ/ Ort Land Tel. Fax**	**Haag-Streit AG Gartenstadtstrasse 10 3098 Wedel Schweiz**
Umfeld/ Hintergrund	Abstand Form Leuchtdichte Farbe(n)	30 cm Halbkugel 10 cd/m² Weiß (Normalglühlampe)
Reizmarke	Darbietung Mechanik Bewegung mittels Pos.-Genauigkeit Max. Exzentrizität Größen Farbe(n) Leuchtdichtebereich Kontrastbereich LUE-Bereich Leuchtdichte-Abstufung	Projektion Drehspiegel über Storchschnabel-Gestänge Manuell Untersucherbegrenzt 90° Goldmann I – V (entspr. 6,5’ bis 104’) Weiß, optional Farben 3,2 bis 318 cd/m² (min./max.) 0,32 bis 31,8, für Hintergrund-Leuchtdichte 10 cd/m² +15 bis -5 dB 5 bzw. 1 dB, je nach Ausrüstung
Kontrollen	Fixation visuell Fixation automatisch	Durch Beobachtertubus Nein
Kopfpositionierung	Zentrierung Abstand	Über Stellschraube Über Stellschraube
Ergebnis/Daten	Dokumentation Drucker Elektron. Speicherung	Manuell Nein Nein
Bemerkungen	Zubehör	Fixiermarkenprojektor zur Untersuchung von Zentralskotomen Registrierplatte für statische Profilperimetrie

zur Liste der kinetischen Perimeter
zur Seite Kinetische Perimeter
zur Startseite

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=kp_ger_goldmann&rev=1696511699

Last update: **2023/10/05 13:14**