

## Sinn und Ziel der auflistenden Dokumentation der Geräte

Im Bestreben nach Sicherung der Untersuchungsqualität möchten wir den Nutzern Orientierungshilfen geben, damit sie für die Erfordernisse ihrer Patienten eine zweckmäßige Wahl treffen können. Die gelisteten Verfahren und Geräte wurden von der DOG Kommission für die Qualitätssicherung sinnesphysiologischer Untersuchungsverfahren und Geräte (QSS) als geeignet beurteilt. Jedoch bedingen die Geschwindigkeit und die Vielfalt der technischen Entwicklungen, dass diese Dokumentation weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Ausschließlichkeit erheben kann. Geräte-Ansprechpartner ist im allgemeinen der Vertrieb, auch für den Service. Doch Hersteller können Vertriebspartner wechseln, selbst Hersteller können wechseln z.B. bei Aufkauf einer Firma. In dieser komplexen Situation listen wir hier den Vertriebspartner auf, der uns zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Dokuments bekannt war bzw. der uns als erster kontaktiert hat. Es obliegt dem (neuen) Vertriebspartner, Änderungen von Ansprechpartnern oder Zuständigkeiten der DOG-Geschäftsstelle mitzuteilen, um die Auflistung zu aktualisieren.

Die Gliederung der Liste in Kapitel folgt zum Einen den Teilfunktionen des Sehens:

- Sehschärfe,
- Nahsehschärfe und Lesevermögen,
- Gesichtsfeld (statisch),
- Gesichtsfeld (kinetisch),
- Stereosehen,
- Mesopisches Kontrastsehen (Dämmerungssehen) mit und ohne Blendung,
- Dunkeladaptation,

zum Anderen der anatomischen Reihung der Funktionsbereiche der Sehbahn:

- Elektrokulografie,
- Elektroretinografie (Ganzfeld-ERG, multifokales ERG, Pattern-ERG),
- Visuell evozierte Potentiale (Blitz-VEP, Muster-VEP),
- Objektive Sehschärfebestimmung.

### Präambel

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=praeambel\\_sinn&rev=1733129997](https://qss.dog.org/doku.php?id=praeambel_sinn&rev=1733129997)

Last update: **2024/12/02 08:59**

