Block Optic Binophor

Gerät	Hersteller/ Vertrieb Straße PLZ/ Ort Land Tel. Fax	Haag-Streit AG Gartenstadtstrasse 10 3098 Wedel Schweiz
Hersteller/ Vertrieb	Block Optic	
Teil 5 v. DIN 58220	Ja für G25, G26, G37	
Teil 6 v. DIN 58220	Ja	
Sonst. Sehzeichen	Nein	
Stufen	0.2, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.7, 0.8, 1.0	
Farbtests	17 Ishihara Tafeln	
Phorietest	horizontal, vertikal	
Stereotest	Stereotest: 800„, 600“, 400„, 200“, 100„, 50“; Random Dot: 800„, 400“, 200„, 100“, 50„	
Bedienung	Externes Bedientablet	
Besonderheiten	Prüfentfernungen: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, unendlich stufenlos verstellbarer Einblickwinkel, EDV-Schnittstelle	

Sehtestgeräte
zur Liste der Sehtestgeräte
zur Hauptseite Sehschärfeprüfung
zur Startseite

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_block_optic_binophor&rev=1699059726

Last update: **2023/11/04 01:02**