

Essilor Visiotest - Physiologique

| | |
|---------------------|--|
| Herrsteller | Essilor International, Frankreich |
| Vertrieb | |
| Teil 5 v. DIN 58220 | Ja für G 25, G 26 und G 37 |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Ja (straßenverkehrsbezogener Sehtest) |
| Sonst. Sehzeichen | Nein |
| Stufen | 0,2; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,7; 0,8; 1,0; 1,25 |
| Sonst. Sehzeichen | Keine |
| Farbtests | Ishihara-Tafeln |
| Phorietest | Ja |
| Stereotest | Ja |
| Bedienung | Steuerung über externes Bedienungselement |
| Besonderheiten | Umschaltbar von 5 Metern auf 33 cm. Rot-Grün-Test, Kampimetrie-Test mit Leuchtdioden in 60°, 70°, 80°, 90° und 100°, sowie einer Leuchtdiode im nasalen Gesichtsfeld |

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)

[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_essilor_visiotestphysiologique&rev=1699352155

Last update: **2023/11/07 10:15**

