

Oculus Binotest/ Binoptometer II

| Hersteller/ Vertrieb | Oculus Optikgeräte GmbH |
|----------------------|--|
| Teil 5 v. DIN 58220 | Binotest mit Testscheibe 60710: G 26 möglich; Binoptometer II: G 25, G 26 und G 37 möglich |
| Teil 6 v. DIN 58220 | mit Binotest und Binoptometer möglich |
| Sonst. Sehzeichen | Nach DIN 58220/ ISO 8597 angeschlossene Buchstaben |
| Stufen | 0,2; 0,32; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1,0 |
| Farbtests | Ishihara-Tafeln |
| Phorietest | Vertikal und horizontal |
| Stereotest | Negativ polarisierter, fein differenzierter Stereo- Test |
| Bedienung | Mit Handbedienteil und LCD- Display; alternativ direkte Ansteuerung durch einen PC mit Windows- kompatibler Software |
| Besonderheiten | Ein- oder Durchblickgerät, von 30 cm bis unendlich stufenlos einstellbar. Am Binoptometer II automatischer Testablauf. |

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)

[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_oculus_binotestbinoptometerii&rev=1699357851

Last update: **2023/11/07 11:50**

