# Topcon Sehprüfgerät SS - 3

| **Hersteller/Vertrieb** | **Topcon Europe Medical B.V., German Branch** |
|---|---|
| Teil 5 v. DIN 58220 | G 26, G 27 nicht möglich |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Visusprüfung möglich |
| Sonst. Sehzeichen | Nein- |
| Stufungen | 0,32; 0,7; 1,0; sonst linear |
| Sonst. Sehzeichen | E- Haken oder Landoltringe einzeln, Astigmatismus- Test |
| Farbtests | Nein |
| Phorietest | Vertikal und horizontal |
| Stereotest | Qualitativ |
| Bedienung | Handbedienung per Schalter |
| Besonderheiten | Probiergläser vorsteckbar |

**zur Liste der Sehtestgeräte**
**zur Hauptseite Sehschärfeprüfung**
**zur Startseite**

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
**https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_topconsehpruefgeraetss3&rev=1699362072**

Last update: **2023/11/07 13:01**