

Topcon Sehprüfgerät SS - 3

| | |
|---------------------|---|
| Hersteller/Vertrieb | Topcon Europe Medical B.V., German Branch |
| Teil 5 v. DIN 58220 | G 26, G 27 nicht möglich |
| Teil 6 v. DIN 58220 | Visusprüfung möglich |
| Sonst. Sehzeichen | Nein |
| Stufungen | 0,32; 0,7; 1,0; sonst linear |
| Sonst. Sehzeichen | E- Haken oder Landoltringe einzeln, Astigmatismus- Test |
| Farbtests | Nein |
| Phorietest | Vertikal und horizontal |
| Stereotest | Qualitativ |
| Bedienung | Handbedienung per Schalter |
| Besonderheiten | Probiergläser vorsteckbar |

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)
[zur Hauptseite Sehschärfepfung](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_topconsehpruefgeraetss3&rev=1699430540

Last update: **2023/11/08 08:02**

