

Vistec Sehtestgeräte R20, R21, R22

Hersteller/Vertrieb	Vistec AG
Teil 5 v. DIN 58220	Testscheiben 119 für G 25, G 26 und G 37
Teil 6 v. DIN 58220	Testscheibe 114 für FeV, §12, Anlage 6
Sonst. Sehzeichen	E- Haken (Testscheibe 130), Ziffern (Testscheibe 112), Kinder-Bilder (Testscheibe 140)
Stufen	E- Haken: 0,16; 0,32; 0,5; 0,7; 1,0,
Ziffern: 0,2; 0,32; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0	
Kinderbilder: 0,3; 0,5; 0,7; 1,0	
Farbtests	Rot-Grün-Test (Testscheibe 173)
Phorietest	Vertikal und horizontal, Fusionstests (Testscheibe 172)
Stereotest	400,, 200“, 100,, und 35“ Testscheibe 172
Bedienung	Manuell über Testscheiben (R 20 - 22)
Besonderheiten	Höhenverstellbare Einblickgeräte mit kompatiblen Testscheiben für alle R- Geräte, geneigter Nahblick bei R 21 und R 22, Prüfung auf latente Hyperopien

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)
[zur Startseite](#)

From:
<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:
https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_ger_vistecsehtestgeraeter20r21r22&rev=1699363725

Last update: **2023/11/07 13:28**

