

## Bach Freiburger Visustest

<b>Hersteller/Vertrieb</b>	<b>Prof. Dr. M. Bach, Universitäts- Augenklinik Freiburg, Killianstr. 5</b>
	76109 Freiburg,
frei verfügbar unter: <a href="http://www.michaelbach.de/fract/">www.michaelbach.de/fract/</a>	
Teil 3 v. DIN 58220	Automatische Visusprüfung mit Landoltringen in 8 Orientierungen mit einem nach DIN 58220 angeschlossenen Testverfahren (Ophthalmologe 92 (1995) 174-178)
Sonst. Sehzeichen	E-Haken; Nonius- und Kontrastsehschärfe prüfbar; Gesichtererkennung
Stufungen	Logarithmische Abstufung, von 0,06 bis 3,6 auf 5 Meter
Refraktionstests	Nein
Phorietest	Nein
Stereotest	Nein
Bedienung	Sehzeichendarbietung auf Monitor, Steuerung über PC, automatischer Testablauf nach dem best-PEST-Verfahren, Fernbedienung per Tastatur
Besonderheiten	Objektives Testverfahren, besonders geeignet zur Verlaufskontrolle nach Therapieverfahren

[zur Liste der Sehtestgeräte](#)  
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)  
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=sp\\_tab\\_bachfreiburgervisustest&rev=1699365217](https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_bachfreiburgervisustest&rev=1699365217)

Last update: **2023/11/07 13:53**

