

Bach Freiburger Visustest

Hersteller	Prof. Dr. M. Bach, Universitäts-Augenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 76109 Freiburg
Vertrieb	frei verfügbar unter: www.michaelbach.de/fract/
Teil 3 v. DIN 58220	Automatische Visusprüfung mit Landoltringen in 8 Orientierungen mit einem nach DIN 58220 angeschlossenen Testverfahren (Ophthalmologe 92 (1995) 174-178)
Sonst. Sehzeichen	E-Haken; Nonius- und Kontrastsehschärfe prüfbar; Gesichtererkennung
Stufungen	Logarithmische Abstufung, von 0,06 bis 3,6 auf 5 Meter
Refraktionstests	Nein
Phorietest	Nein
Stereotest	Nein
Bedienung	Sehzeichendarbietung auf Monitor, Steuerung über PC, automatischer Testablauf nach dem best-PEST-Verfahren, Fernbedienung per Tastatur
Besonderheiten	Objektives Testverfahren, besonders geeignet zur Verlaufskontrolle nach Therapieverfahren

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)

[zur Hauptseite Sehschärfepfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_bachfreiburgervisustest&rev=1699365496

Last update: **2023/11/07 13:58**

