

## Bach Freiburger Visustest

Hersteller	<b>Prof. Dr. M. Bach, Universitäts-Augenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 76109 Freiburg</b>
Vertrieb	frei verfügbar unter: <a href="http://www.michaelbach.de/fract/">www.michaelbach.de/fract/</a>
Teil 3 v. DIN 58220	Automatische Visusprüfung mit Landoltringen in 8 Orientierungen mit einem nach DIN 58220 angeschlossenen Testverfahren (Ophthalmologe 92 (1995) 174-178)
Sonst. Sehzeichen	E-Haken; Nonius- und Kontrastsehschärfe prüfbar; Gesichtererkennung
Stufungen	Logarithmische Abstufung, von 0,06 bis 3,6 auf 5 Meter
Refraktionstests	Nein
Phorietest	Nein
Stereotest	Nein
Bedienung	Sehzeichendarbietung auf Monitor, Steuerung über PC, automatischer Testablauf nach dem best-PEST-Verfahren, Fernbedienung per Tastatur
Besonderheiten	Objektives Testverfahren, besonders geeignet zur Verlaufskontrolle nach Therapieverfahren
	<b>Der Test hat kein CE-Zertifikat. Die Verantwortung für die korrekte Kalibration der Zeichengröße und Anwendung liegt beim Prüfer bzw. begutachtenden Arzt.</b>

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)

[zur Hauptseite Sehschärfepfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=sp\\_tab\\_bachfreiburgervisustest&rev=1699365745](https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_bachfreiburgervisustest&rev=1699365745)

Last update: **2023/11/07 14:02**

