

Bach FrACT - Freiburger Visual Acuity & Contrast Test

Hersteller	Prof. Dr. M. Bach, Universitäts-Augenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Vertrieb	frei verfügbar unter: www.michaelbach.de/fract/
Teil 3 v. DIN 58220	Automatische Visusprüfung mit Landoltringen in 8 Orientierungen mit einem nach DIN 58220 angeschlossenen Testverfahren (Ophthalmologe 92 (1995) 174-178)
Sonst. Sehzeichen	E-Haken; Nonius- und Kontrastsehschärfe prüfbar; Gesichtererkennung
Stufungen	Logarithmische Abstufung, von 0,06 bis 3,6 auf 5 Meter
Refraktionstests	Ja
Phorietest	Nein
Stereotest	Nein
Bedienung	Sehzeichendarbietung auf Monitor oder Tablett, Steuerung über PC, automatischer Testablauf nach dem Best-PEST-Verfahren, Fernbedienung per Tastatur
Besonderheiten	Objektives Testverfahren, besonders geeignet zur Verlaufskontrolle nach Therapieverfahren
	Der Test hat kein CE-Zertifikat. Die Verantwortung für die korrekte Kalibration der Zeichengröße und Anwendung liegt beim Prüfer bzw. begutachtenden Arzt.

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_bachfreiburgervisustest&rev=1755853015

Last update: 2025/08/22 08:56

