# Bon Optic Computer Sehprüfgerät MultiVisus

| | |
|---|---|
| **Hersteller/Vertrieb** | **IBK Systeme GmbH, Ulmer Str. 124, 73431 Aalen, bon Optic Vertriebsgesellschaft mbH** |
| Teil 3 v. DIN 58220 | ja, Anforderungen von DIN EN ISO 8596 werden eingehalten (für Visus 0,1-2,0 bis 6m Betrachtungsabstand) |
| Sonst. Sehzeichen | Zahlen, Buchstaben, E-Haken, Kindersehzeichen, Kolt-Test, H-Test, Reihenoptotypen |
| Stufungen | Visuswerte von 0,05 bis 2,0; wahlweise logarithmisch oder linear |
| Refraktionstests | Strahlenfigur, verschiedene Astigmatismus-Tests, Rot-Grün-Test, Bichrome-Balance-Test, Fixationsdisparations-Tests |
| Phorietest | Schober-, Kreuz-, Haken-, Zeiger-, Worth-Test |
| Stereotest | Stereotest, Valenztest, differenzierter Stereotest, Random Dot Teste |
| Bedienung | IR-Fernbedienung, Tablett-Steuerung, Steuerung über PC |
| Besonderheiten | zusätzlich Landoltringe in 4 Richtungen, monokulare und binokulare Sonderteste (Stadtplanbilder, Ishihara-Tafeln), Sonderteste für binokulare Vollkorrektion, Kontrast von 10% bis 100% einstellbar, weitere Ausstattungsvarianten und Testeinstellungen variabel, Verknüpfung mit Phoropter, Beratungsmodule, randomisierte Sehzeichen |

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

**zur Liste der Sehzeichenprojektoren**
**zur Hauptseite Sehschärfeprüfung**
**zur Startseite**

From:
https://qss.dog.org/ - **QSS**

Permanent link:
**https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_bonoptic_multivisus&rev=1793347212**

Last update: **2026/10/30 08:00**