

## Rodenstock Sehzeichenmonitor CompuVist

<b>Hersteller/Vertrieb</b>	<b>Rodenstock Instrumente GmbH</b>
Teil 3 v. DIN 58220	Visusprüfung mit Landoltringen und angeschlossenen Buchstaben
Sonst. Sehzeichen	Zahlen, E-Haken, Kindersehzeichen (modifizierter COLT-Test) mit Crowding-Test
Stufungen	Logarithmische Abstufung von 0,04 bis 2,0
Refraktionstests	Rot- Grün-, Astigmatismus-Tests, Strahlenfigur, Dreistrichprobe, Sehgleichgewichts-Test, polar. Fixationsdisparations-Tests (Kreuz, Zeiger, Haken, Dreieck)
Phorietest	Schober-, Koinzidenz-, Worth-, Kreuz-Test
Stereotest	Differenzierte Stereotests bis 30“, Random- Dot-Test
Bedienung	Fernbedienung per PC
Besonderheiten	Binokulare Trennung mit LC-Brille, Kontrastsehprüfungen, Darbietungszeiten von 1 - 10 s einstellbar, zufallsgesteuerte Einzeldarbietung, Verknüpfung mit Phoropter, V24-Schnittstelle

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)

[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=sp\\_tab\\_rodenstocksehzeichenmonitorcompuvist&rev=1755808479](https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_rodenstocksehzeichenmonitorcompuvist&rev=1755808479)

Last update: 2025/08/21 20:34

