

TOPCON Sehzeichenprojektor ACP - 7er Serie 3

Hersteller/Vertrieb	Topcon Europe Medical B.V., German Branch
Teil 3 v. DIN 58220	Visusprüfung mit Landoltringen (Sehzeichenscheibe C-Typ)
Sonst. Sehzeichen	Zahlen, Buchstaben, E-Haken, Kinderbilder
Stufungen	Landoltringe logarithmisch, sonst lineare Abstufungen
Refraktionstests	Strahlen-, Astigmatismus-, Rot- Grün-, Bichrom- Balance-Test, polar. Doppelfeld-Test, Balance-Test
Phorietest	Schober-, Koinzidenz-, Worth-, Kreuz-Test
Stereotest	Osterberg-Test
Bedienung	Infrarot-Fernbedienung
Besonderheiten	Zeilen- und spaltenweise Maskenschaltung, automatische Abschaltung, Verknüpfung mit Phoropter

Die Angabe dieses Vertriebsweges erfolgte bei Aufnahme des Gerätes in die Geräteliste und schließt weitere Vertriebswege nicht aus.

[zur Liste der Sehzeichenprojektoren](#)
[zur Hauptseite Sehschärfeprüfung](#)
[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS

Permanent link:

https://qss.dog.org/doku.php?id=sp_tab_topconsehzeichenprojektoracp-7erserie3

Last update: **2025/08/31 19:34**

