

|   |   |
|---|---|
| <b>tpm-EMS Elektrophysiologisches Modularsystem</b>   |   |
| Hersteller  | taberna pro medicum   |
| Vertrieb  | taberna pro medicum, Im Dorf 15a, 21335 Lüneburg  |
| Tel.: 04131 401555, Fax: 04131 401755   |   |
| eMail: <a href="mailto:info@tpm-online.de">info@tpm-online.de</a> , Web: <a href="http://www(tpm-online.de">www(tpm-online.de</a> |   |
| System  | 1-kanaliger AC-Verstärker, optional auf 2 Kanäle aufrüstbar, PC Monitor als Stimulator, Messwerterfassung/ Speicherung/ Darstellung auf IBM-kompatiblen PC, alle Untersuchungsgänge softwaregesteuert, eigene Ableitparameter können definiert und gespeichert werden, durch externe Triggerung an bestehende Reizeinheit adaptierbar |
| Auswertung  | Vollautomatisch auf der Basis einer erarbeiteten Normkurve mit der Option der manuellen Nachbearbeitung   |
| Schnittstellen  | Ausgabe aller Daten (Patientendaten/ Messergebnisse/ Ableitparameter) in Datei (Massenspeicher) und auf beliebigem PC-Drucker   |
| ERG   | LED-Brille, Miniganzfeld, Ganzfeldstimulator mit Hintergrundbeleuchtung, Koijmann-, DTL-Faden-Elektrode sowie weitere Elektroden nach Anpassung   |
| EOG   | Ganzfeldkugel   |
| Muster-ERG  | S/W Monitor   |
| VEP   | S/W Monitor   |
| ISCEV Standard  | ERG (nur mit Ganzfeld), EOG, Muster-ERG, VEP  |


[zur Liste der Elektrophysiologie-Geräte](#)

[zur Hauptseite Elektrophysiologie](#)

[zur Startseite](#)

From:

<https://qss.dog.org/> - QSS



Permanent link:

[https://qss.dog.org/doku.php?id=taberna\\_tpm-ems](https://qss.dog.org/doku.php?id=taberna_tpm-ems)

Last update: **2025/08/11 08:47**